

Správa železnic, státní organizace
Centrum techniky a diagnostiky
vystavuje

CERTIFIKÁT

způsobilosti kalibračního pracoviště

vydaný pro:

České dráhy, a.s.

se sídlem: **Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1**
Oblastní centrum údržby Západ
Na Sklárně 1, 301 52 Plzeň
IČ: 70994226

Na základě kladného výsledku interního auditu č. **210824**, konaného dne **21. 8. 2024**, a po realizaci nápravných opatření žadatel splňuje podmínky způsobilosti k provádění kalibrací měřidel pro tyto obory:

Měření délký

- Kalibrace měřidel délký s přesností 0,01 mm a nižší
- Kalibrace měřidel rovinného úhlu s přesností 5' a nižší
- Kalibrace číselníkových úchylkoměrů s přesností 0,01 a nižší

Měření síly

- Kalibrace momentových klíčů s přesností 2 % a nižší, o rozsahu měření 0–1000 N

Měření tlaku

- Kalibrace deformačních tlakoměrů s přesností 1 % a nižší, o rozsahu měření 0–60 MPa

Speciální drážní měřidla

- Měrky UIC ORE
- Ruční rozchodky

Audit byl proveden v souladu s ustanovením Přílohy č. 3 Metrologického řádu SŽ č. 7 a normou ČSN EN **ISO/IEC 17025:2018** – Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří.

Platnost certifikátu do **7. 9. 2027**

Praha, 23. srpna 2024

Ing. Martin Táborský
ředitel CTD

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4867482

Původní datový formát: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document

UUID původní komponenty: 92793f6b-ec1b-451d-8197-d5a23ae98bce

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Radka FILADELFIOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.08.2024 09:20:05



055f377f-f1b0-47c3-807d-597e565c1ef9